

【別紙】 製造販売業者等により回収が行われた製品

製造販売業者等	製品名	連絡先	今回の確認(平成20年11月～平成22年7月)による回収数量	【参考】平成13年当時の自主回収	
				回収クラス	回収数量
五十嵐医科工業 (平成20年11月に 回収命令)	① ORジャクソンリース セット	五十嵐医科工業株式会社 担当 (安全管理責任者 五十嵐) TEL:03-3812-6101	342	クラスI	423
	② Bスイムジャクソンリース セット				
アコマ医科工業 (平成20年12月に 回収命令)	「アコマ麻酔機PRO」の 付属品であるジャクソン リース小児用麻酔回路	アコマ医科工業株式会社 担当 (安全管理部 早川) TEL:03-3811-4151	73	クラスI	497
エア・ウォーター防災 株式会社 (過去の輸入業者アイ カ、販売業者アネス)	デュパコ社製ノーマンマ スクエルボ	エア・ウォーター防災株式会社 品質保証・安全総括部 品質保 証部 TEL:078-992-1404	97	クラスII	209
小林製薬 (アトムメデイカル株 式会社より承継)	ジャクソンリース蘇生回 路のうち垂直型エルボー を有する製品	小林製薬株式会社 小林メデイ カルカンパニー 薬事・品質保証部 品質保証課 TEL:06-6222-6606	39	クラスII	1,364

※ いずれの製品も現在は販売されていない。